


بر اساس تحقیقات سال ۱۴۰۱

مدت زمان تعویض فیلتر دستگاه گازسنج در ماهشهر بر اساس داده‌های گزارش شده از سایت هواشناسی و سامانه پایش کیفی هوای کشور

ماهشهر	دما	رطوبت	میانگین شاخص کیفیت هوا	W(h)	W(AQI)	W(T)	filter replacement time
فروردین	15.9355	85.7558	126.767	After Each Use			
اردیبهشت	20.4357	61.8929	189.5	3	0	3	25 DAYS
خرداد	27.2867	61.85	138.967	2	1	3	25 DAYS
تیر	32.0867	45.7	176.967	1	0	1	15 DAYS
مرداد	38.5032	29.7903	193.533	1	0	1	15 DAYS
شهریور	44.1467	27.4083	147.8	-1	1	0	15 DAYS
مهر	47.1935	26.6653	26.6333	-2	3	1	15 DAYS
آبان	45.3871	40.9395	84.4667	-2	2	0	15 DAYS
آذر	43.34	39.55	128.6	-1	1	0	15 DAYS
دی	38.0258	50.4234	84.033	-1	2	1	15 DAYS
بهمن	28.4733	63.2762	83.4333	2	2	4	50 DAYS
اسفند	21.74	70.1538	83	After Each Use			

FOR T>35 AND/OR RH%>40 CHANGE THE FILTER IMMEDIATELY IN HEAVY INDUSTRY SITUATION



بررسی اثر دما و رطوبت در شرایط heavy industry dust و زمان تعویض فیلترها

T (°c) ≥ 35	RH (%) ≥ 40	Filter replacement time (day)
✓	×	Change the filters Immediately
×	✓	
✓	✓	
×	×	6-8 days